

新規実施項目のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
さて、弊社では皆様のご要望にお応えし、また医療の進歩に寄与すべく絶えず検査領域の拡大に努めておりますが、このたび、下記項目の受託を開始することになりました。
取り急ぎご案内させていただきますので、ご利用のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

- 受託開始日 2020年4月1日(水)受付分より
- 新規受託項目 風疹 IgG抗体〔CLEIA〕
- 検査要項

項目コード	検査項目 JLAC10	検体 必要量	容器 保存方法	検査方法	基準値	所要 日数	実施料 判断料	備考
2083	風疹 IgG抗体 〔CLEIA〕 5F395-1431-023-052	血清 0.4mL	A1-1 冷蔵	CLEIA法	抗体価 (IU/mL) 判定 10未満 (-) 10~15未満 (±) 15 以上 (+)	2~5	218点 免疫	※

▼参考・・・受託中止項目：風疹 IgG 抗体〔CLEIA 法〕(8683)と新規受託開始項目の相関

		受託中止項目		
		(-)	(±)	(+)
新規 受託項目	(-)	14	3	1
	(±)	0	3	1
	(+)	0	1	77

(n=100)

全体一致率：94.0% (94/100)

陰性一致率：100.0% (14/14)

陽性一致率：97.5% (77/79)

(自社検討データ)

※Information No.2020-005でお知らせした受託中止項目の代替項目

項目コード	検査項目	受託中止日	代替項目
8683	風疹 IgG抗体〔CLEIA〕	2020年3月31日(火)ご頼分をもって受託中止。	上記、新規受託項目
7577	麻疹 IgG抗体〔CLEIA〕	Information No.2020-005 をご参照願います。	0862:麻疹 IgG抗体〔EIA〕 検査案内 90 頁参照