

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび、下記検査項目の検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。
先生方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、弊社事情をご賢察のうえ、なにとぞ
ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 変更日 2020年5月29日(金) 受付分より
- 変更内容

項目コード	検査項目	変更箇所	新	現行	検査案内	備考
3026	TBG定量	項目名称	サイロキシン結合グロブリン(TBG)	TBG定量	P27	<ul style="list-style-type: none"> ・委託先の受託内容変更のため。 ・現行法の測定用試薬の供給が不安定なため。
		JLAC10	4B045-0000-023-052	4B045-0000-023-002		
		検体必要量	血清 0.5 mL	血清 0.3 mL		
		検査方法	CLEIA法	RIA PEG法		
		基準値	14~31 $\mu\text{g/mL}$	15.9~35.6 $\mu\text{g/mL}$		
		所要日数	3~5日	3~7日		

▼ 相関図(委託先検討データ)

