



総合検査案内 2020-2021 の訂正のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、既にお配りしました「ANALYSIS 2020-2021 総合検査案内」に掲載している検査要項などの一部に誤りがありましたので正誤の案内をさせていただきます。

敬 白

ANALYSIS 2020-2021 総合検査案内 正誤表

頁	訂正検査項目	訂正内容	正	誤
8	ALP/IFCC	JLAC10コード	3B070-0000-023-275	3B070-0000-023-271
8	LD/IFCC	JLAC10コード	3B050-0000-023-279	3B050-0000-023-272
27	PTH-Intact	備考	血清(凍結)による検査も可能です。但し、急速凝固管のご使用はお避け下さい。	未記載
32	デハイドロエピアンドロステロンサルフェート(DHEA-S)	保険点数	174 点	176 点
34	抗ミューラー管ホルモン (AMH)	最終委託先	*4(エスアールエル)	*5(LSIメディエンス)
57	クリプトコッカス抗原定性	容器	A1-1 又は X-2	A1-1
		所要日数	4~7 日	3~4 日
		最終委託先	*7(常盤特殊分析センター)	*E(ビー・エム・エル)
62	モノクローナルRF結合免疫複合体(mRF-IC)	必要量	血清 0.2mL	血清 0.3mL
		基準値	4.2 未満 $\mu\text{g}/\text{mL}$	4.1 以下 $\mu\text{g}/\text{mL}$
		最終委託先	*4(エスアールエル)	*E(ビー・エム・エル)